



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSO ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL, CON EL NÚMERO, EA-932057995-05-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL RADIOLOGICO.

Siendo las **13:00** horas, del día **19 de julio de 2023**, se reúnen en la Sala de Licitaciones de la Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas, ubicada en Calle Mercantil interior 1100, Col. Zona Industrial Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98604, los funcionarios públicos de los Servicios de Salud de Zacatecas, de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, y representantes de los licitantes interesados en participar a efecto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación Pública con Recurso Estatal de carácter Nacional, con el número **EA-932057995-05-2023, Para la Adquisición de Material Radiológico**, conforme a lo señalado en los Artículos 58, 59 Fracción I y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios.-----

En uso de la palabra el L.C. Rogelio Fraire González, de la Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas, en representación del Dr. Uswaldo Pinedo Barrios, Secretario de Salud de Zacatecas, en funciones de Director General de los Servicios de Salud de Zacatecas, preside este Acto de Junta de Aclaraciones, procediendo a señalar que este evento se lleva a cabo de acuerdo a lo siguiente: -----

-----ANTECEDENTES-----

Que con fecha **07 de julio de 2023**, se publicó la Convocatoria de la Licitación Pública con Recurso Estatal de carácter Nacional, con el número **EA-932057995-05-2023**, para la **Adquisición de Material Radiológico**, en el Periódico Imagen con circulación en el Estado de Zacatecas, así como en los siguientes portales, con dirección electrónica: <http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx> y <https://www.saludzac.gob.mx/>, programándose para el día **19 de julio de 2023**, la junta de aclaraciones, a la convocatoria y bases de esta licitación.-----

-----DESARROLLO DEL EVENTO-----

PRIMERO. -Siendo el día y hora para celebrar este evento de junta de aclaraciones, se da inicio al mismo, tomando la lista de asistencia a los licitantes que acudieron y procediendo a presentar a los funcionarios públicos presentes.

SEGUNDO. - Se hace del conocimiento de los licitantes interesados en participar en este procedimiento concursal, que se recibió interés en participar y que enviaron en tiempo y forma, sus solicitudes de aclaración de dudas, siendo estos:

- 1.- Biodist, S.A. de C.V.
- 2.- Medica Siller, S.A. de C.V.
- 3.- Distribuidora Goba de Querétaro, S.A. de C.V.
- 4.- Grupo Emequr, S.A. de C.V.
- 5.- Griselda Cortés Ortiz

TERCERO. - Por lo que se procede a dar lectura a las preguntas recibidas y a las respuestas dadas por la Convocante:



BIODIST, S.A. DE C.V

No.	Numeral o Punto Especifico de las Bases	Pregunta	Respuesta
1	13. Propuesta Técnica Inciso N) Anexo Número 07 (siete)	Es correcto entender que en caso de que el numeral de referencia no le aplique a mi representada, bastara con presentar el Anexo Número 07 (siete) con la leyenda No Aplica en marca de agua, sin ser motivo de desechamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?	R. ES CORRECTA SU APRECIACION.
2	13. Propuesta Técnica Inciso P)	Es correcto entender que en el caso de que algún equipo y/o insumo no requiera de registro sanitario, el licitante deberá presentar documento expedido por la COFEPRIS o publicación del Diario Oficial de la Federación, en el que se señale que el equipo y/o insumo señalado no requiere registro sanitario, señalando el renglón al que se hace referencia. ¿Es correcta nuestra apreciación?	R. PARA DEMOSTRAR QUE LOS BIENES OFERTADOS NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, PUEDE PRESENTAR COPIA DEL "ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2014. DEBIENDO REFERENCIAR EN DICHO DOCUMENTO, EL TEXTO DONDE SE INDIQUE EL BIEN PARA EL CUAL SE PRESENTA.
3	13. Propuesta Técnica Inciso S) Anexo Número 11 (once)	Es correcto entender que en caso de que el numeral de referencia no le aplique a mi representada, bastara con presentar el Anexo Número 11 (once) con la leyenda No Aplica en marca de agua, sin ser motivo de desechamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?	R. ES CORRECTA SU APRECIACION.
4	13. Propuesta Técnica Inciso Y)	Es correcto entender que en caso de que el numeral de referencia no le aplique a mi representada, bastara con presentar escrito libre donde se manifieste que no le aplica a mi representada, sin ser motivo de desechamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?	R. NO ES CORRECTA SU APRECIACION, LOS LICITANTES DEBERAN OBSERVAR LO SOLICITADO EN EL INCISO Y), DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.
5	10. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen	Se solicita de manera atenta a la convocante; que en caso de que se difiera la fecha de presentación del presente evento, considere que se puedan	R. ESTA PREGUNTA ES ATENDIDA CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A SU PREGUNTA ANTERIOR



	participar en la Licitación.	presentar los manifiestos, cartas de referencia que solicitan en las presentes bases con la fecha de presentación establecida originalmente (26 de julio de 2023). ¿Se acepta nuestra propuesta?	
6	Listado de Bienes solicitados en la Licitación Pública con Recurso Estatal de Carácter Nacional EA-932057995-05-2023	Es correcto entender que en el Anexo del Listado de Bienes solicitados en la Licitación Pública con Recurso Estatal de Carácter Nacional EA-932057995-05-2023, la partida No. 2 no existe, ya que dentro de este listado no se indica este consecutivo. ¿Es correcta nuestra apreciación?	R. ES CORRECTA SU APRECIACION
7	13. Propuesta Técnica Inciso O) Anexo Número 08 (ocho)	Derivado que los fabricante o titulares del registro sanitario se encuentran en el extranjero y por el tiempo de respuesta de sus propios procesos internos, solicitamos a la convocante se permita entregar la carta respaldo del Fabricante y/o Titular del Registro Sanitario y/o Distribuidor, impresas a color del formato electrónico y manifiesto bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado se entregará cartas de apoyo en original. ¿Se acepta?	R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
8	LISTADO DE BIENES SOLICITADOS EN LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL EA-932057995-05-2023 PARTIDA # 1	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta y con la finalidad de no limitar la participación nos permite ofertar medio de contraste concentración 320 a 350, garantizando la entrega total de mililitros solicitados, con redondeos de frascos a favor de la convocante ya que no todos los fabricantes de medios de contraste ofrecen las mismas presentaciones (50,100,200,500 ML) ¿Se acepta?	R. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS QUÍMICAS DE ESTABILIDAD SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
9	LISTADO DE BIENES SOLICITADOS EN LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL EA-932057995-05-2023 PARTIDA # 21	Solicitamos a la convocante de la manera más atenta y con la finalidad de no limitar la participación nos permite ofertar medio de contraste concentración 320 a 350, garantizando la entrega total de mililitros solicitados, con redondeos de frascos a favor de la convocante ya que no todos los fabricantes de medios de contraste ofrecen las mismas presentaciones (50,100,200,500 ML) ¿Se acepta?	R. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS QUÍMICAS DE ESTABILIDAD SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
10	LISTADO DE BIENES SOLICITADOS EN LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATAL DE	Solicitamos a la convocante nos permita presentar insumos de una marca distinta a la actual, con los equipos correspondientes sin costo extra para la	R. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS



	CARÁCTER NACIONAL EA-932057995-05-2023 PARTIDA # 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20	institución, toda vez que los equipos e insumos requeridos son de características 3-4 generaciones pasadas, teniendo así la alternativa de usar insumos de mayor calidad y ofrecer a sus pacientes tecnología actual. ¿Se acepta?	SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
11	29. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA	Solicitamos a la convocante sea tan amable te facilitarnos el listado de hospitales donde serán requeridos y entregados los insumos del material radiológicos, con el fin de tener claramente en donde será utilizado dicho material. ¿Se acepta?	R. LOS INSUMOS SOLICITADOS EN ESTA LICITACIÓN, SON ENTREGADOS DE MANERA DIRECTA A ALMACEN ESTATAL PARA SU REDISTRIBUCIÓN, DE ACUERDO A SOLICITUDES GENERADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.

MEDICA SILLER S. A. DE C. V.

Pregunta No. 1- Punto 13 - Propuesta Técnica- inciso O)

Solicitan: "En caso de que el licitante participe como distribuidor, En caso de que el licitante participe como distribuidor, deberá presentar del Fabricante y/o del Titular del Registro Sanitario y/o del Distribuidor, en original, en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica que se presente, por la(s) Partidas y Clave(s) en la(s) que participe, conforme al **Anexo Número 08 (ocho)**, el cual forma parte de la presente convocatoria (Será suficiente con una sola carta indicando las partidas en las que desee participar).."

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

Solicitamos respetuosamente a la Convocante a efecto de otorgar mayor certeza a los Servicios de Salud de Zacatecas, que en caso de que el licitante participe como Distribuidor presente como obligatorio además de la carta de apoyo del Titular del Registro Sanitario, carta original del fabricante en la que se autoriza y respalda la propuesta presentada, ya que los tiempos de entrega de este procedimiento son muy cortos y muchas veces los distribuidores comprometen disponibilidad de existencias sin consultar con fabricantes.
¿se acepta nuestra solicitud?

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.

Pregunta No. 2 – En la partida 21 del Anexo No. 3 – Medios de contraste – Medio de contraste para resonancia magnética 15 ml Formula Gadobutrol 604.72 mg. (Gadovist). Presentación Frasco.

Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita para fomentar la libre participación, ofertar Medio de contraste macrocíclico para Resonancia Magnética 15 ml Formula Gadoteridol (279.3



mg/ml) 0.5 M (ProHance) Presentación frasco con 15 ml. Ya que otorga la misma funcionalidad, y puede ser utilizado en adultos y niños. ¿Se acepta?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

Pregunta No. 3 – En la partida 21 del Anexo No. 3 – Medios de contraste – Medio de contraste para resonancia magnética 15 ml Formula Gadobutrol 604.72 mg. (Gadovist). Presentación Frasco.

Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita para fomentar la libre participación, ofertar Medio de contraste macrocíclico para Resonancia Magnética 15 ml Formula Gadobenat de dimeglumina (5829 mg/ml) 0.5 M (MultiHance) Presentación frasco con 15 ml. Ya que otorga la misma funcionalidad, y puede ser utilizado en adultos y niños. ¿Se acepta?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

DISTRIBUIDORA GOBA DE QUERETARO S.A. DE C.V.

1. **PUNTO 10. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, INCISO b)**, Se solicita amablemente a la Convocante, el no presentar la propuesta foliada, no es motivo de descalificación. ¿Se acepta?

R: EL FOLIADO DE LA DOCUMENTACIÓN, SE SOLICITA PARA SU MEJOR MANEJO Y CONTROL AL MOMENTO DE SU REVISIÓN, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO FOLIAR SUS PROPUESTAS.

2. **PUNTO 13. PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO 7, INCISO J.** Se solicita amablemente a la Convocante, nos permita presentar con marca de agua o escrito libre con la leyenda "NO APLICA", en todos aquellos anexos que, por su naturaleza, no apliquen para mi representada. ¿Se acepta?

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.

3. **PUNTO 16.2. EN LA SUSCRIPCIÓN DE PROPOSICIONES.**, Se solicita amablemente a la Convocante, nos confirme, si es correcto entender que, el Anexo 1, se presentara para este punto sin demostrar existencia legal y personalidad jurídica, se refiere a la Acta constitutiva, Modificaciones y Poder legal del Representante Legal. ¿Favor de aclarar?

R. PARA LA SUSCRIPCION DE LA PROPOSICION BASTARA CON PRESENTAR EL ANEXO 1.

4. **PUNTO 29.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. SEGUNDO PÁRRAFO, (Los cuáles serán emitidos conforme a los niveles de inventario y a las necesidades de consumo de los Servicios de Salud de Zacatecas).** Solicitamos amablemente a la Convocante, que, nos proporcione la información del estimado de entregas que se realizaran y/o la cantidad de la primera entrega. ¿Favor de aclarar?

R. ESTA INFORMACION SERA DETERMINADA DE ACUERDO AL NIVEL DE INVENTARIO Y A LAS NECESIDADES DE CONSUMO DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LOS SSZ.



5. **PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO NÚMERO 03, REQUERIMIENTO CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA.** Para la partida 17. **Solución para fijado. y Partida 18 Solución para revelado.** Solicitamos amablemente a la Convocante, si es correcto entender, que, de acuerdo a la clave de cuadro básico, se deberá ofertar la misma marca, para ambas partidas. **¿Se acepta?**

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y DE ESTABILIDAD SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

6. **PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO NÚMERO 03, REQUERIMIENTO CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA.** Para las partidas 14, 15 16, 19, 20 Películas Ortocromáticas sensibles al verde para Radiología General, partida 17 Solución para fijado, partida 18 Solución para revelado. Solicitamos amablemente a la convocante, si es correcto entender, que, de acuerdo a la clave de cuadro básico, se deberá ofertar la misma marca, para estas partidas. **¿Se acepta?**

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y DE ESTABILIDAD SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

7. **ANEXO NÚMERO 03, REQUERIMIENTO CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA.** En las partidas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 están solicitando película marca Kodak Dryview DVM, sin embargo los productos que están solicitando ya están fuera del mercado y de producción por la marca KODAK, Por lo cual solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita ofertar marca Agfa que es de calidad igual o superior adicionalmente entregaremos junto con la película de rayos x las impresoras de Película de rayos X, marca Agfa en la misma cantidad con la que se cuenta actualmente en la Secretaría. **¿Se acepta?**

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

8. **ANEXO NÚMERO 03, REQUERIMIENTO CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA.** En las partidas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, Están solicitando película radiográfica de una marca específica, para no limitar la libre participación solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita ofertar película de rayos x marca Agfa e incluir impresoras nuevas de Película de rayos X en comodato durante la vigencia del contrato. **¿Se acepta?**

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION.

9. **ANEXO NÚMERO 03, REQUERIMIENTO CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA.** Solicitan una presentación de caja con 125 películas, en las partidas 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita ofertar presentación de caja con 100 películas ajustando la cantidad de cajas para cumplir con la cantidad de películas solicitadas. **¿Se acepta?**

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LA LICITACIÓN.

10. **ANEXO NÚMERO 03, REQUERIMIENTO CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA.** En la partida 6 solicitan Película impresión en seco medida 14x14, para no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la Convocante nos permita ofertar medida 14x17, ya que la medida 14x14 es propia de una marca en específico. **¿Se acepta?**



R. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LA LICITACIÓN.

11. ANEXO NÚMERO 03, REQUERIMIENTO CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA. A nivel mundial hay escasez de medios de contraste para la Partida 1, solicitamos amablemente a la Convocante, nos permita ofertar en presentación de 500 ml. En lugar de 100 ml., ajustando las cantidades para que se entregue la misma cantidad de mililitros solicitados en el Anexo 3. **¿Se acepta?**

R. NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DERIVADO DEL DESPERDICIO DE MATERIAL AL QUE ESTARIA SUJETO LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS.

GRUPO EMEQR S.A. DE C.V

PREGUNTA NO. 1

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA OFERTAR PELÍCULA LASER DE OTRA MARCA QUE NO SEA CARESTREAM, OTORGANDO A LA SECRETARIA DE SALUD DE ZACATECAS IMPRESORAS NUEVAS POR EL MISMO NÚMERO DE IMPRESORAS CARESTREAM QUE SE TENGAN ACTUALMENTE INSTALADAS, TENIENDO COMO PRINCIPALES VENTAJAS EQUIPOS NUEVOS Y CON GARANTÍA. **¿SE ACEPTA?**

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LA LICITACIÓN.

PREGUNTA NO. 2

EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE LAS IMPRESORAS SEAN NUEVAS Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: **¿SE ACEPTA?**

IMPRESORA LÁSER EN SECO PARA RADIOLOGÍA
CARACTERÍSTICAS:
IMPRESORA DE ALTA RESOLUCIÓN CON DENSIDAD ÓPTICA DE 4.0
SISTEMA DE IMPRESIÓN TÉRMICO DE EXPOSICIÓN LÁSER
COMUNICACIÓN DE RED: COMPATIBLE CON DICOM
CON 2 BANDEJAS DE PELICULA PARA MEDIA PRODUCTIVIDAD Y 3 BANDEJAS PARA ALTA PRODUCTIVIDAD
CON CAPACIDAD DE SOPORTAR AL MENOS LOS SIGUIENTES TAMAÑOS DE PELÍCULA: 35X43CM (14"X17"), 35X35CM (14"X14"), 25X30CM (10"X12"), 26X36CM (10"X14") Y 20X25CM(8"X10")
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 80 PELICULAS POR HORA TAMAÑO 14"X17" PARA MEDIA PRODUCTIVIDAD Y 110 PELICULAS POR HORA TAMAÑO 14" X 17" PARA ALTA PRODUCTIVIDAD
TIEMPO REQUERIDO PARA PRIMER IMPRESIÓN DE 100 SEG O MENOR
TAMAÑO DE PIXEL DE 50 μM (508 DPI) Y 100 μM (254DPI)
ESCALA DE GRISES DE 14BITS O MAYOR.
CON FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN DE DENSIDAD AUTOMÁTICA
PESO MENOR A 125 KG
CONEXION DICOM
CONEXIÓN DE RED 10 BASE-T / 100 BASE / 100BASE – TX
SERVICIOS DICOM SOPORTADOS:
VERIFICATION SOP CLASS
BASIC GRAYSCALE PRINT MANAGEMENT
ALIMENTACION ELECTRICA AC 100-120/200-240V 50-60 HZ



R. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.

PREGUNTA NO. 3

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE EN CASO DE QUE SE ACEPTE LA PREGUNTA ANTERIOR, SE NOS PERMITA OFERTAR LA PELÍCULA LASER LA 14X17 PRESENTACIÓN DE 100 HOJAS Y EL RESTO DE LAS MEDIDAS EN PRESENTACIÓN DE 150 HOJAS ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LA LICITACIÓN.

PREGUNTA NO. 4

PUNTO 13. INCISO W, SOLICITAN CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES, LA CUAL DEBE DE SER EMITIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, LA CUAL DEBE DE ESTAR VIGENTE Y POSITIVA, ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER ACEPTAR LA CONSTANCIA VIGENTE CON UNA RESPUESTA "SIN OBLIGACIONES FISCALES", DEBIDO A QUE POR SER UNA EMPRESA CON DOMICILIO FISCAL FUERA DEL ESTADO DE ZACATECAS NO TRIBUTAMOS EN DICHO ESTADO, ¿SE ACEPTA?

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA

GRISELDA CORTÉS ORTIZ

PREGUNTA 1. PARTIDA 1

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ACTUAL DESABASTO A NIVEL NACIONAL DE MEDIO DE CONTRASTE EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 100 ML Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE PERMITA OFERTAR EN PRESENTACIÓN DE FRASCO DE 200 ML, ENTREGANDO EL EQUIVALENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES QUIMICAS Y DE ESTABILIDAD REQUERIDAS EN LA LICITACIÓN.

PREGUNTA 2. PARTIDAS 4, 5, 6, 7, 8

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN BÚSQUEDA DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, TODA VEZ QUE LA ÚNICA MARCA EN EL MERCADO QUE MANEJA LOS PRESENTES PRODUCTOS EN PRESENTACIÓN DE CAJA DE 125 PELÍCULAS ES CARESTREAM, SE PERMITA OFERTAR LOS BIENES SOLICITADOS EN UNA PRESENTACIÓN DE DIFERENTE CANTIDAD, PERO CUMPLIENDO CABALMENTE CON LAS CANTIDADES SOLICITADAS HACIENDO SU EQUIVALENCIA CON LA PRESENTACIÓN A OFERTAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LA LICITACIÓN

PREGUNTA 3. VARIAS PARTIDAS

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN BÚSQUEDA DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE PERMITA OFERTAS BIENES DE MARCA DIFERENTE A LA SOLICITADA BAJO LA DENOMINACIÓN KODAK/CARESTREAM, PUDIENDO OFERTAR LA MARCA PROPIA DE CADA LICITANTE, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LA LICITACIÓN



PREGUNTA 4. VARIAS PARTIDAS

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA NO. 3 SEA CONTESTADA DE FORMA NEGATIVA, ACLARE PLENAMENTE LAS VENTAJAS TÉCNICAS Y COMPETITIVAS DE LA MARCA QUE SE ESTÁ SOLICITANDO POR SOBRE EL RESTO DE LAS MARCAS DEL MERCADO, CON LA FINALIDAD DE COMPRENDER EL OBJETIVO DE LA ORIENTACIÓN HACIA UNA MARCA EN ESPECÍFICO, NO ACEPTANDO COMO RESPUESTA "APEGO A BASES" DEBIDO A QUE LAS MISMAS ESTARÍAN INFRINGIENDO EL ART. 29 DE LA LAASSP AL LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, O CUALQUIER RESPUESTA QUE NO BRINDE LA JUSTIFICACIÓN PERTINENTE DE DICHA LIMITACIÓN.

R. ESTA PREGUNTA ES ATENDIDA CON LA RESPUESTA DADA POR LA CONVOCANTE A SU PREGUNTA ANTERIOR

PRO OMNIMEDIC S.A DE C.V

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

Número	Preguntas	Respuestas
1	<p>NUMERAL 9.1</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL PRESENTE NUMERAL, SE PUEDE PRESENTAR ÚNICAMENTE LAS PÁGINAS DE LOS MANUALES EN DONDE SE DESEA REALIZAR ALGUNA REFERENCIA TÉCNICA DE LOS BIENES A OFERTAR, EN LUGAR DE PRESENTAR LOS MANUALES/FOLLETOS COMPLETOS, YA QUE EN OCASIONES ESTOS PUEDEN LLEGAR A CONTENER UNA GRAN CANTIDAD DE PÁGINAS.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>R. NO ES CORRECTA SU APRECIACION, LOS LICITANTES DEBERAN OBSERVAR LO SEÑALADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION</p>

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

Número	Preguntas	Respuestas
1	<p>PARTIDAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13</p> <p>EL PRESENTE PROCEDIMIENTO EN LAS PARTIDAS SEÑALADAS HACE UNA CLARA ORIENTACIÓN HACIA LA MARCA ESPECÍFICA "KODAK" ACTUALMENTE "CARESTREAM", EN ARAS DE QUE PREVALEZCA LA LIBRE PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRODUCTOS QUE CUMPLAN TÉCNICAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SIN LIMITAR LA MARCA COMERCIAL DEL PARTICIPANTE, YA QUE DECANTARSE POR UNA MARCA ESPECÍFICA NO REPRESENTA UNA VENTAJA TÉCNICA POR ENCIMA DEL RESTO DE LAS MARCAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>R. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS REQUERIDAS EN LA LICITACIÓN.</p>
2	<p>PARTIDAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13</p> <p>EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, Y EL MOTIVO DE LA MISMA FUERA LA BÚSQUEDA DE LA COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS PRE EXISTENTES, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR PRODUCTOS QUE CUMPLAN TÉCNICAMENTE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SIN LIMITAR LA MARCA COMERCIAL,</p>	<p>R. SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA LICITACIÓN.</p>



GARANTIZANDO LA COMPATIBILIDAD REQUERIDA A TRAVÉS DEL PRÉSTAMO (SIN COSTO ALGUNO) DE EQUIPOS DE ALTA CALIDAD Y DE RECIENTE TECNOLOGÍA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS QUE PERMITAN LA PLENA UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Se informa a los licitantes interesados en participar en este procedimiento concursal, que el evento de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, se realizara a las **10:00 horas, del día miércoles 26 de julio de 2023**, en estas mismas instalaciones. -----

La presencia del representante de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, así como la representante del Organismo Interno de Control, solo tienen como finalidad verificar que la celebración del acto que nos ocupa, se realice conforme a la normatividad aplicable, por consiguiente no avalan la documentación generada, ni las evaluaciones realizadas, toda vez que estas quedan bajo la responsabilidad de las áreas operativas encargadas de esta función, por lo que se reservan el derecho de efectuar las revisiones en su oportunidad.-----

Por lo que no existiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente, siendo las **14:00 horas**, del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce para la debida constancia y efectos legales, los que en ella intervienen, en todas y cada una de sus hojas, haciendo entrega a los asistentes de una copia del acta, quienes la reciben de conformidad, la falta de firma de algún licitante no invalida el contenido y efectos de la presente. -----

Por lo que la presente acta se pondrá a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la Subdirección de Recursos Materiales, de los Servicios de Salud de Zacatecas, sita en Calle Mercantil S/N, interior 1100, Col. Zona Industrial Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98604, y también será publicada en la páginas electrónicas <http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx> y <https://www.saludzac.gob.mx/> siendo de su exclusiva responsabilidad enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.-----

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS.


L.C. Rogelio Fraire González.

De la Subdirección de Recursos Materiales de los SSZ



Lic. Liliana Berenice Muro Reyes
En representación del OIC de los SSZ.


Dra. Valeria Rodríguez Martínez

En representación de la Dirección de Atención Médica de los SSZ.


Dr. Uzziel Yakin Pacheco Delgado

En representación de la Dirección de Atención Médica de los SSZ.


Lic. Kevin Edél Flores Simental

Apoyo Administrativo en la Subdirección de Recursos Materiales de los SSZ



SECRETARÍA DE
Salud
ESTADO DE ZACATECAS

POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Lic. Vanessa del Carmen González Salazar

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES AL EVENTO

1.- C. Luis Alberto Gámez Pineda
Grupo Emequr, S.A. de C.V.

ESTA FOJA PERTENECE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSO ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL, CON EL NÚMERO, EA-932057995-05-2023, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL RADIOLOGICO.