



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSO ESTATAL DE CARÁCTER INTERNACIONAL, CON EL NÚMERO EA-932057995-09-2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, AGENTES DE DIAGNOSTICO E INSUMOS DE LABORATORIO.

Siendo las **12:00** horas, del día **30 de Noviembre de 2022**, se reúnen en la Sala de Licitaciones de la Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas, ubicada en Calle Mercantil interior 1100, Col. Zona Industrial Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98604, los funcionarios públicos de los Servicios de Salud de Zacatecas, de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, a efecto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación Pública con recurso Estatal de carácter Internacional, con el número **EA-932057995-09-2022**, para la **Adquisición de Sustancias Químicas, Agentes de Diagnostico e Insumos de Laboratorio**, para los Servicios de Salud de Zacatecas.

En uso de la palabra el **Lic. Kevin Edel Flores Simental**, de la Subdirección de Recursos Materiales de los Servicios de Salud de Zacatecas, en representación del C. Dr. Uswaldo Pinedo Barrios, Secretario de Salud de Zacatecas, en funciones de Director General de los Servicios de Salud de Zacatecas, preside este Acto de Junta de Aclaraciones, procediendo a señalar que este evento se lleva a cabo de acuerdo a lo siguiente:

ANTECEDENTES

Que con fecha **22 de noviembre de 2022**, se publicó la Convocatoria de la Licitación Pública con Recurso Estatal de carácter Internacional, con el número **EA-932057995-09-2022**, para la **Adquisición de Sustancias Químicas, Agentes de Diagnostico e Insumos de Laboratorio**, para los Servicios de Salud de Zacatecas, en el Periódico Imagen con circulación en el Estado de Zacatecas, en el portal web de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas, en la dirección electrónica <http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/>, y en la página de los Servicios de Salud de Zacatecas, con dirección electrónica <https://www.saludzac.gob.mx/>, programándose para el día **30 de noviembre de 2022**, a las **12:00 horas**, la junta de aclaraciones a la convocatoria y bases de esta licitación.

DESARROLLO DEL EVENTO

PRIMERO. -Siendo el día y hora para celebrar este evento de junta de aclaraciones, se da inicio al mismo, tomando la lista de asistencia a los funcionarios públicos presentes.

SEGUNDO. - Se informa de los licitantes que enviaron en tiempo y forma, su solicitud de aclaración de dudas, siendo estos:

1.- DISTRIBUIDORA PROHLAB, S.A. DE C.V.

TERCERO. - Por lo que se procede a dar lectura a las preguntas recibidas y a las respuestas dadas por la Convocante:

DISTRIBUIDORA PROHLAB, S.A. de C.V.

1.- CON REFERENCIA A LA PARTIDA 27, PRUEBAS TOXICOLÓGICAS.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUANTAS Y CUALES DROGAS SON LAS QUE NECESITAN QUE DETECTE LA PRUEBA.

R: SE SOLICITAN UN TOTAL DE 20 CAJAS, Y LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN QUE SE REQUIEREN POR LO MENOS SON:-
THC (MARIHUANA), COC (COCAÍNA), AMP (ANFETAMINAS), MET (METANFETAMINAS), OPI (OPIOIDES)

2.- CON REFERENCIA A LA PARTIDA 27, PRUEBAS TOXICOLÓGICAS.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI REQUIEREN LA PRUEBA EN PLACA O EN VASO INTEGRADO.

R: SE REQUIERE PRUEBA EN PLACA

3.- CON REFERENCIA A LA PARTIDA 27, PRUEBAS TOXICOLÓGICAS.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA CANTIDAD TOTAL DE PRUEBAS A REQUERIR.



R: SE SOLICITAN UN TOTAL DE 20 CAJAS,

4.- CON REFERENCIA A LA PARTIDA 29, PRUEBAS DE EMBARAZO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EN QUE FORMATO REQUIERE LA PRUEBA, EN TIRA O CASSETTE.

R: CUALQUIERA DE LOS 2 ES FUNCIONAL

5.- CON REFERENCIA A LA PARTIDA 29, PRUEBAS DE EMBARAZO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARÉ SI PODEMOS OFERTAR PRUEBA DE EMBARAZO CON SENSIBILIDAD 20 MUI/ML

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES

6.- CON REFERENCIA A LA PARTIDA 29, PRUEBAS DE EMBARAZO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA CANTIDAD TOTAL DE PRUEBAS A REQUERIR.

R: SE SOLICITA UN TOTAL DE 300 CAJAS

7.- CON REFERENCIA A LA PARTIDA 73, SOLICITAN TEST XPERT MTB/RIF. REF. GXMTB/RIF-10.

EL OBJETIVO DE ESTA PREGUNTA ES EXPLICAR LA SITUACIÓN DEL MATERIAL XPERT MTB/RIF CAT. 460GXMTB-RIF-10. AUNQUE SEGUIRÁ DISPONIBLE PARA ESTE AÑO Y MÁS, EL MATERIAL ESTÁ EN LA FASE FINAL DE SU CICLO DE USO. COMO ALTERNATIVA, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO Y PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA PRUEBA XPERT MTB/RIF ULTRA CAT. 460GXMTB/RIF-ULT10 PARA LA DETECCIÓN DE MTB Y RESISTENCIA A RIFAMPICINA. KIT CON 10 PRUEBAS. ESTA PRUEBA CUENTA CON MEJORAS PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE Y PARA LOS FLUJOS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO COMO SON: MENOR TIEMPO DE PROCESAMIENTO, MAYOR SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD Y QUÍMICA DE REACCIÓN MEJORADA PARA MUESTRAS EXTRA PULMONARES. ADICIONALMENTE, EL PRECIO DE ESTA PRUEBA ES MÁS CONVENIENTE Y EL RESULTADO ES TOTALMENTE COMPARABLE Y EQUIVALENTE AL DE LA PRUEBA XPERT MTB/RIF. POR LO MENCIONADO ¿PODEMOS OFERTAR LA PRUEBA XPERT MTB/RIF ULTRA CAT. 460GXMTB/RIF-ULT10 PARA LA DETECCIÓN DE MTB Y RESISTENCIA A RIFAMPICINA. ¿KIT CON 10 PRUEBAS? ¿SE ACEPTA?

R: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES

8.- CON REFERENCIA AL ANEXO 4, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.

ANEXO 4 PLAZOS DE ENTREGA DICE: 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO O COMUNICADO OFICIAL CORRESPONDIENTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, POR SER UN PROCESO INTERNACIONAL, DONDE SE COTIZAN PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN, NOS PERMITA ENTREGAR EN UN PLAZO DE 45 A 60 DÍAS DEBIDO A TRÁMITES DE IMPORTACIÓN. ¿SE ACEPTA? NO SE ACEPTA SU PETICIÓN DEBIDO A

R: LA DEMANDA QUE TIENEN DICHS REACTIVOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS, DEBEN APEGARSE A LOS PLAZOS QUE SE FIJAN EN LA LICITACIÓN.

Se informa a los licitantes interesados en participar en este procedimiento concursal, que el evento de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, se realizará a las 09:00 horas, del día 08 de diciembre de 2022, en estas mismas instalaciones.

Se hace del conocimiento a los presentes, que la presencia de la representante de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, solo tienen como finalidad verificar que la celebración del acto que nos ocupa, se realice conforme a la normatividad aplicable, por consiguiente no avalan la documentación generada, ni las evaluaciones realizadas, toda vez que estas quedan bajo la responsabilidad de las áreas operativas encargadas de esta función, por lo que se reservan el derecho de efectuar las revisiones en su oportunidad.

Por lo que no existiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente, siendo las 12:15 horas, del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce para la debida constancia y efectos legales, los que en ella intervienen, en todas y cada una de sus hojas, haciendo entrega a los asistentes de una copia del acta, quienes la reciben de conformidad, la falta de firma de algún licitante no invalida el contenido y efectos de la presente.

Por lo que la presente acta se pondrá a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la Subdirección de Recursos Materiales, de los Servicios de Salud de Zacatecas, sita en Calle Mercantil S/N, interior 1100,



Col. Zona Industrial Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98604, y también será publicada en la página electrónica <http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx>, siendo de su exclusiva responsabilidad enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.-----


Lic. Kevin Edel Flores Simental

De la subdirección de Recursos Materiales de
los SSZ.


LAE. Rocío Ledezma López
Apoyo Administrativo De la Subdirección de
Recursos Materiales de los SSZ.

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS


Q.A. Carina Pérez Moreno

En Representación de Laboratorio Estatal de Salud Pública de los
SSZ.

POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS


M. en A. Vanessa del Carmen González Salazar

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES

NO Hubo Licitantes Participantes en Este Evento